GENOTROPIN® CANETA APLICADORA 5,3 mg (16 UI)
somatropina

Caneta Aplicadora (pó liofilizado para solução injetável + 1 ml de diluente)

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Informação importante
Leia estas instruções completamente antes de usar Genotropin® Caneta Aplicadora.
Se você tiver qualquer dúvida sobre sua dose ou seu tratamento com Genotropin®, consulte o seu médico.

Sobre o sistema Caneta Aplicadora
Caneta Aplicadora é uma caneta injetora descartável, de múltiplas doses, preenchida, que contém 5,3 mg de Genotropin® (somatropina).
O medicamento que está contido no frasco-ampola de duplo compartimento dentro da caneta aplicadora Genotropin® Caneta Aplicadora é misturado somente uma vez, quando você inicia uma caneta nova. Cada caneta pode ser utilizada por até 28 dias após a mistura do medicamento Genotropin®. Você nunca precisará trocar os frascos-ampola de duplo-compartimento. Quando a sua caneta estiver vazia, simplesmente comece uma nova caneta.
A caneta possui uma memória de dose. A dose é ajustada uma vez na nova caneta. A caneta então fornece a mesma dose para cada injeção. Você pode usar a caneta com ou sem o protetor da agulha, que é opcional.

Antes de você usar Genotropin® Caneta Aplicadora
- Peça orientação de seu médico ou profissional de saúde.
- Conheça sua dose.
- Conheça as partes da caneta.
- Verifique se você tem a caneta com o botão de injeção azul.
- Lave as mãos.







Ajuste e uso de um novo Genotropin® Caneta Aplicadora

Passo 1. Fixe a agulha

a. Puxe a tampa branca da caneta para fora da caneta.
b. Retire o lacre de uma agulha nova.
c. Segure firmemente o suporte do frasco-ampola. (Figura 1)
d. Pressione a agulha na ponta do suporte do frasco-ampola.
e. Rosqueie suavemente a agulha na caneta. Não aperte demais.
f. Deixe as duas tampas de agulha na agulha.



Passo 2. Misture Genotropin®

a. Segure a caneta com a agulha para cima e com a letra **A** voltada para você (Figura 2).
b. Gire o suporte do frasco-ampola **com firmeza** na caneta até que a letra **B** clique no chanfro.
   - Balance a caneta suavemente de um lado para o outro. Não agite a caneta. A agitação pode danificar o hormônio de crescimento.
c. Verifique se o líquido no frasco-ampola está límpido. Todo o pó deve estar dissolvido.
   - Caso contrário, balance a caneta suavemente de um lado para o outro mais algumas vezes.
d. Verifique novamente se o líquido está límpido.
   - Se o líquido estiver límpido, passe para o Passo 3.
   - Se o líquido ainda estiver turvo ou você enxergar pó, use uma caneta nova.



Passo 3. Remova o ar

a. Retire a tampa externa da agulha. Guarde-a para tampar a agulha novamente. (Figura 3a)
b. Mantenha a tampa interna da agulha.



c. Segure a caneta com a ponta da agulha para cima. (Figura 3b).
d. Bata levemente no suporte do frasco-ampola para fazer com que o ar retido se mova para cima.
e. Gire o suporte do frasco-ampola na caneta **com firmeza** até que a letra **C** clique no chanfro.
   - Um pouco de líquido pode aparecer em volta da tampa interna da agulha.



Passo 4. Fixe o protetor da agulha (opcional)

a. Retire a tampa preta do protetor da agulha. (Figura 4a)
   - Se a cobertura da agulha escorregar para fora, empurre-a de volta no protetor da agulha até estalar.



b. Segure a caneta em uma mão abaixo do logotipo azul. Com a outra mão, segure o protetor da agulha abaixo da cobertura da agulha (Figura 4b).
c. Alinhe o logotipo preto do protetor da agulha com o logotipo azul na caneta. Empurre com cuidado o protetor da agulha na caneta até encaixar.



Passo 5. Apronte a caneta

a. Puxe a tampa interna da agulha. Jogue-a fora. (Figura 5a)



b. Verifique se a janela de memória está ajustada em 0,1 mg.
c. Gire o mostrador cinza na direção das setas até parar de estalar. (Figura 5b)



d. Segure a caneta com a agulha apontada para cima. (Figura 5c com e sem protetor da agulha)
e. Empurre o botão de injeção azul até aparecer líquido. Após a realização do "Passo 5", ocorrerá o descarte de 0,1 mg do medicamento.
f. Se não aparecer líquido no Passo "e", repita os Passos "b", "c", "d" e "e" desta seção por até duas vezes.
g. Se ainda não aparecer líquido, não use a caneta.
   - Veja a seção de Perguntas e Respostas a seguir para mais informações.



h. Se você usar o protetor da agulha, pressione o botão preto para liberar a cobertura da agulha. (Figura 5d)



Passo 6. Ajuste a dose



- Use o anel preto para ajustar a dose. Tenha cuidado para não girar o mostrador cinza enquanto ajustar a dose.

a. Segure o anel preto como mostrado na Figura 6.
b. Gire o anel preto até sua dose, informada pelo seu médico, estar alinhada com o indicador branco.
c. Se você ultrapassar o indicador branco, simplesmente gire o anel preto de volta para ajustar a dose correta.
d. Uma vez ajustada não mude a dose, a não ser que o seu médico peça para fazê-lo.

Nota: Se você não conseguir girar o anel preto, pressione o botão de injeção azul até ele parar de estalar. Então continue ajustando a sua dose utilizando o anel preto (para mais informações, veja também a seção de Perguntas e Respostas a seguir).

Passo 7. Prepare uma dose



a. Gire o mostrador cinza na direção da seta até parar de estalar. (Figura 7a)
b. A sua dose no bastão preto deve estar alinhada com o indicador branco.



c. Verifique se a dose que você preparou no bastão preto é a mesma dose que você ajustou na janela de memória. A Figura 7b mostra um exemplo.
d. Se as doses não coincidirem, verifique se você girou o mostrador cinza na direção da seta até não estalar mais.

Passo 8. Aplique a injeção

a. Prepare um local para injeção conforme a orientação de seu médico ou profissional de saúde.
b. Segure a caneta sobre o local de injeção.
c. Pressione a caneta para baixo para inserir a agulha na pele.
d. Usando o seu polegar, pressione o botão de injeção azul até ele parar de estalar. (Figura 8)
   - Conte por 5 segundos antes de retirar a agulha da pele. Mantenha o botão levemente pressionado com o seu polegar enquanto estiver contando.
e. Retire a caneta diretamente da pele.



Passo 9. Remova a agulha, feche e guarde a sua caneta

Passo 9a: Com o protetor da agulha

a. Coloque a tampa externa da agulha na extremidade do protetor da agulha. (Figura 9a)
b. Use a tampa da agulha para pressionar o protetor da agulha até travar.
c. Use o protetor da agulha para desatarraxar a agulha e coloque a mesma em um recipiente apropriado para agulhas usadas.
d. Deixe o protetor da agulha na caneta.
e. Coloque a tampa preta no protetor da agulha. Guarde sua caneta no refrigerador.



Passo 9b: Sem o protetor da agulha

a. Não toque na agulha.
b. Tampe a agulha com a tampa externa, com cuidado. (Figura 9b)
c. Use a tampa da agulha para desatarraxar a agulha e coloque a mesma em um recipiente apropriado para agulhas usadas.
d. Coloque a tampa branca na caneta. Guarde a sua caneta no refrigerador.



Uso rotineiro de Genotropin® Caneta Aplicadora

1. Puxe a tampa preta do protetor da agulha ou a tampa branca da caneta.



2. Coloque uma agulha nova.
   - Com o protetor da agulha:
     - Se a cobertura da agulha se soltar, empurre-a de volta a o lugar.
     - Coloque uma agulha nova na ponta do suporte do frasco-ampola.



   - Sem o protetor da agulha:
     - Coloque uma agulha nova na ponta do suporte do frasco-ampola.



3. Retire as duas tampas da agulha. Guarde a tampa externa da agulha.



4. Se você usa o protetor da agulha, pressione o botão de liberação preto para estender a cobertura da agulha.



5. Para preparar a dose, gire o mostrador cinza até parar de estalar.



6. Verifique se a dose preparada é a mesma ajustada na janela de memória.
   - Se a dose preparada é menor, a caneta não tem uma dose completa de Genotropin®.
   - Siga a orientação de seu médico no caso da caneta não ter uma dose completa.



7. Prepare um local de injeção como o seu médico ou o profissional de saúde indicou.

8. Aplique a injeção.
   - Pressione a caneta para baixo para inserir a agulha na pele.
   - Pressione o botão de injeção azul até parar de estalar.
   - Conte 5 segundos antes de retirar a agulha da pele. Mantenha o botão levemente pressionado com o seu polegar enquanto estiver contando.
   - Retire a caneta da pele.



9. Remova a agulha.
   - Com o protetor da agulha:
     - Use a tampa externa da agulha para empurrar o protetor da agulha até travar.
   - Sem o protetor da agulha:
     - Tampe a agulha com cuidado com a tampa externa da agulha.
   - Use a tampa externa da agulha para desatarraxar a agulha. Descarte a agulha em um recipiente apropriado para agulhas usadas.



10. Tampe o seu protetor da agulha ou caneta e guarde-a em refrigerador.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Conservação
- Veja a bula em relação aos cuidados de conservação de seu Genotropin® Caneta Aplicadora.
- Depois de 4 semanas da mistura do pó e diluente (o armazenamento deve ser sob refrigeração entre 2 e 8ºC, protegido da luz, não congelar), descarte a caneta mesmo que ainda contenha medicamento.
- Não congele ou exponha seu Genotropin® Caneta Aplicadora a temperaturas abaixo de zero.
- Não use seu Genotropin® Caneta Aplicadora após o prazo de validade.
- Descarte adequadamente a sua caneta. Pergunte ao seu médico ou profissional de saúde se tiver dúvidas sobre o que fazer.

Manuseio
- Não misture o pó e o líquido de Genotropin® Caneta Aplicadora a não ser que haja uma agulha na caneta.
- Não guarde seu Genotropin® Caneta Aplicadora com a agulha colocada. O Genotropin® pode vazar da caneta e podem se formar bolhas de ar no frasco-ampola. Sempre remova a agulha e coloque a tampa da caneta ou a tampa do protetor da agulha antes de guardar.
- Tome cuidado para não deixar cair seu Genotropin® Caneta Aplicadora.

- Se você deixou cair a caneta, você deve realizar outra preparação como descrito no Passo 5 (Apronte a caneta). Mas se alguma peça de seu Genotropin® Caneta Aplicadora estiver quebrada ou danificada, não use a caneta. Uma nova caneta será necessária.
- Limpe a caneta e o protetor da agulha com um pano úmido. Não coloque a caneta na água.

Agulhas
- Sempre use uma agulha nova para cada injeção.
- Coloque todas as agulhas usadas em um recipiente de "perfuro-cortantes" apropriado. Descarte adequadamente as suas agulhas. Pergunte ao seu médico ou profissional de saúde se tiver dúvidas sobre o que fazer.
- Não compartilhe a sua caneta ou agulhas.

Geral
- Os números e linhas no suporte do frasco-ampola podem ajudar a estimar quanto de Genotropin® permanece na caneta.
- Se no uso rotineiro, Passo 6, a caneta não tiver uma dose completa de Genotropin®, a escala no bastão preto irá indicar a quantidade de medicamento que permanece na caneta.
- Pacientes com deficiência visual devem utilizar o Genotropin® Caneta Aplicadora somente com a ajuda de alguém treinado para usar a caneta.
- Siga as instruções de seu médico ou profissional de saúde para limpar as suas mãos e a pele quando você prepara e aplica a injeção.
- Não descarte o protetor da agulha, para retirá-lo da caneta desatarraxe o protetor. Guarde o protetor da agulha para usá-lo com cada caneta nova.
- Se você tiver dúvidas sobre como usar o Genotropin® Caneta Aplicadora, pergunte ao seu médico ou profissional de saúde.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Perguntas	**Respostas**
O que devo fazer se perceber mais do que uma pequena gota de líquido na agulha depois de aplicar minha injeção?	Em sua próxima injeção espere o tempo completo de 5 segundos antes de retirar a agulha da pele. Se você ainda perceber algum líquido depois de retirar a agulha, espere um pouco mais na próxima vez.
Há algum problema se eu perceber bolhas de ar no frasco-ampola?	Não, pequenas quantidades de ar podem estar presentes no frasco-ampola durante o uso normal.
O que devo fazer se perceber Genotropin® vazando da caneta?	Verifique se a agulha foi fixada corretamente.
O que devo fazer se a caneta que estou utilizando não foi mantida em refrigerador?	Descarte a caneta e use um novo Genotropin® Caneta Aplicadora.
O que devo fazer se não conseguir girar o anel preto?	Você provavelmente girou acidentalmente o mostrador cinza. Se você girou o mostrador cinza, a caneta irá impedi-lo de girar o anel preto, para evitar que a sua dose mude durante a injeção. Para liberar o anel preto, pressione o botão de injeção azul até ele parar. Observe que irá sair líquido da agulha. Então continue ajustando a sua dose utilizando o anel preto.
O que devo fazer se o meu médico mudar a minha dose quando já comecei uma caneta?	Ajuste a nova dose girando o anel preto.
O que devo fazer se injetei a dose errada?	Ligue imediatamente para seu médico e siga as suas instruções.

Quais doses a minha caneta pode fornecer?	A caneta pode fornecer doses de 0,10 mg a 1,5 mg de Genotropin®. Cada clique do anel preto muda a dose em 0,05 mg.

MANTENHA O MEDICAMENTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Fale Pfizer | 0800-7701575
www.pfizer.com.br

FGENGQ_05